

PATIËNTEN
INFORMATIE

Hartritmerregistratie met een eventrecorder

**MAASSTAD
ZIEKENHUIS**

een santeon ziekenhuis



In deze folder geeft het Maasstad Ziekenhuis u informatie over het thuis registreren van het hartritme met een eventrecorder. Het is bedoeld als aanvulling op de mondelinge informatie van de cardioloog. Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig te lezen.

Algemeen

- Neem bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs mee.
- Het bewijs van inschrijving van uw zorgverzekering.
- Bent u verhinderd, neemt u dan minimaal 24 uur van tevoren contact op met de afdeling Cardiologie Onderzoek

Hartritmeregistratie

In overleg met uw behandelend specialist heeft u een afspraak gemaakt voor het aansluiten van een eventrecorder. Een eventrecorder is een klein kastje dat op de borst wordt aangesloten met twee elektroden. U krijgt de eventrecorder voor langere tijd mee naar huis, zodat er voldoende tijd is om een registratie te kunnen maken van uw hartritme bij klachten.

Vorbereiding

Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig.

Het aansluiten van de eventrecorder

Het aansluiten van de eventrecorder vindt plaats op de afdeling Cardiologie Onderzoek, bouwdeel J, verdieping 1. Een laborant van deze afdeling sluit de eventrecorder aan en legt het gebruik ervan stap voor stap uit. U kunt ter ondersteuning iemand meenemen, immers twee onthouden meer dan één. Het aansluiten van de eventrecorder en de gebruikersinstructie duurt ongeveer 15 minuten.

Op het moment dat u hartritme klachten heeft, kunt u zelf de eventrecorder activeren door op de record knop te drukken. Door het activeren wordt gedurende een korte tijd uw hartritme opgenomen. Achter in deze folder vindt u een uitgebreide instructie voor het gebruik van de eventrecorder.

Belangrijk

- Open de eventrecorder niet.
- Ga voorzichtig met de eventrecorder om.
- De eventrecorder mag niet nat worden. Tijdens douchen of baden moet u de recorder afdoen.
- Tijdens het aansluiten spreekt de hartfunctielaborante een datum met u af wanneer u de eventrecorder weer kunt inleveren.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw cardioloog op het eerst volgende polikliniekbezoek.

Tot slot

Indien u op de dag van behandeling/onderzoek ziek/griepig bent, wordt het afgeraden de behandeling/onderzoek te ondergaan.

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, kunt u deze stellen aan de hartfunctielaborante of contact opnemen met de polikliniek Cardiologie. Bereikbaar op werkdagen van 08.00 uur tot 16.30 uur via (010) 291 22 50.

Instructies voor het gebruik van een eventrecorder

Eventrecorder

De eventrecorder die u draagt is een recorder die speciaal is ontwikkeld om uw hartactiviteit te registreren over langere tijd. Maakt u zich vooral geen zorgen over de recorder. Zolang u de tijd op het schermje ziet, werkt de eventrecorder. Ook de batterij gaat langer dan een maand mee. De recorder controleert ook of alle elektroden zijn aangesloten.

Vastleggen van hartritmeklachten

Wanneer u de hartritmeklachten voelt, waarvoor u de eventrecorder heeft meegekregen, drukt u op de dan op de grote rode recordknop. Uw klachten worden dan direct vastgelegd op de recorder.



Aantal registraties

Op het beeldscherm van de eventrecorder staat bijvoorbeeld: Recordings – 10/19. Dit geeft aan dat er 10 registraties zijn opgenomen en dat u nog 9 registraties kunt maken. Wanneer deze getallen gelijk zijn (bijvoorbeeld 19/19), kunt u de recorder terugbrengen naar de afdeling Cardiologie onderzoek (bouwdeel J, verdieping 1) want het geheugen is dan vol.

Let op: het aantal registraties (in het voorbeeld hierboven 19) kan ook anders zijn, dit is afhankelijk hoe de recorder is ingesteld.

'Loose Lead'


Wanneer er op het beeldscherm 'loose lead' staat, betekent dit dat er een drukker op de elektrode los is of dat de elektrodeplakker zelf heeft losgelaten. Controleer de drukker en de elektrodeplakker. Is deze los, druk hem dan opnieuw vast. Wanneer alles vast zit en u ziet toch 'Loose Lead' zien, vernieuw dan de elektrodeplakker zoal is uitgelegd.

Voordat u gaat douchen/baden

U kunt **NIET** met de recorder baden of douchen. Haal het kabeltje los van de elektrodeplakkers en gooi de electrode plakkers weg. **U hoeft verder niets doen met de recorder.** Leg de recorder op een plaats waar hij droog blijft.

Na het douchen of baden

- Vervang de elektrodeplakkers door nieuwe. Let op: plak de nieuwe elektroden zoveel mogelijk op de plaats waar de oude geplakt waren. Bij irritatie van de huid, plakt u de elektrode dan net naast de plaats van de oude elektrode.
- Gebruik op de plaatsen waar de elektroden moeten komen geen bodylotion en dergelijke.
- Druk de kabeltjes op de elektrodeplakkers:
 - Witte plakker: rechtsboven net onder het sleutelbeen;
 - Rode plakker: links halverwege de borst onder de oksel lijn.





De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية،
إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بحضور شخص ما، الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه
أو بشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21
3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11

I: www.maasstadziekenhuis.nl / www.maasnik.nl (kinderwebsite)

I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)

